

报告编号: 20241105

检 验 报 告

委托单位 湖南稀土金属材料研究院

样品名称 无水氯化镱

检验类别 委托

湖南省稀土分析检测中心有限公司



注 意 事 项

- 1、 报告无“检测专用章”或检验单位公章无效。
- 2、 复制检验报告未重新加盖“检测专用章”或检验单位公章无效。
- 3、 报告无审核人、授权签字人签章无效。
- 4、 检验报告涂改无效。
- 5、 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起五日内向检验单位提出，逾期视为认可检验报告，因逾期造成的后果由委托方自行承担。
- 6、 检验报告仅对送检样品负责，样品信息的真实性及合法性由委托方负责，样品有关的任何利益及纠纷与检验单位无关。
- 7、 委托方使用本检验报告造成的不良影响和任何利益纠纷由委托方承担责任。
- 8、 有留样需取回者，应于收到检验报告之日起十五日内办理，逾期不领，检验单位不负保管责任。
- 9、 本报告解释权归检验单位。

地址：湖南省长沙市芙蓉区张公岭隆平高科技园隆园二路 108 号

邮编：410126

电话：0731-85316575

传真：0731-85573773

E-mail: xty_css@126.com

湖南省稀土分析检测中心有限公司

检 测 报 告

检		共1页 第 1 页	
验编号：20241105			
产品名称	无水氯化镱	规格型号	/
检验类别	委托	商 标	/
委托单位	湖南稀土金属材料研究院有限责任公司		
样品数量	1g	委托日期	2024/11/5
检验环境条件	室温：22℃，湿度：50%	检验完成日期	2024/11/6
检验项目	检验结果	检验项目	检验结果
Yb ₂ O ₃ / TREO	> 99.9999%	Yb	61.80%
La ₂ O ₃	0.01ug/g	H ₂ O	0.050%
CeO ₂	0.01 ug/g	Fe	0.057 ug/g
Pr ₆ O ₁₁	0.01 ug/g	Ni	0.030 ug/g
Nd ₂ O ₃	0.01 ug/g	Ca	0.95 ug/g
Sm ₂ O ₃	0.01 ug/g	Mg	0.050 ug/g
Eu ₂ O ₃	0.01 ug/g	Cu	0.035 ug/g
Gd ₂ O ₃	0.01 ug/g	Co	0.04 ug/g
Tb ₄ O ₇	0.01 ug/g	Cr	0.01 ug/g
Dy ₂ O ₃	0.01 ug/g	V	0.01 ug/g
Ho ₂ O ₃	0.01 ug/g	Zn	0.01 ug/g
Er ₂ O ₃	0.01 ug/g	Mn	0.01 ug/g
Tm ₂ O ₃	0.25 ug/g		/
Yb ₂ O ₃	基体		/
Lu ₂ O ₃	0.31 ug/g		
Y ₂ O ₃	0.18 ug/g		

授权签字人 刘孝丽

审核人 王贵超

